



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UPT PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI

Jl. Jend. Sudirman – Salido/
e-mail : uptdmetrologi.pessel@gmail.com

SERTIFIKAT PENERAAN

Calibration Certificate

Nomor : 516.2/28/DKUP.2/XII/2018

Jenis Alat UTTP : Timbangan Jembatan Elektronik, 1 unit
Measuring Instrument
Merek : AVERY WEIGHT TRONIX
Trade Mark
Tipe/Model : E . 1205
Type/Model
Nomor Serie : 124950422
Serial Number
Kapasitas : 50.000 kg
Capacity
Kelas/e : III / 10 kg
Class/e
Buatan : AMERIKA
Made In
Pemilik : PT. INCASI RAYA
User
Alamat : Jl. Diponegoro No. 7 Belakang Tangsi - Kota Padang
Address
Methode Pengujian : PERBANDINGAN ANAK TIMBANGAN STANDAR KELAS M2
Calibration Method
Diuji Oleh : PREMADI RENDRA, ST
Calibration By
Lokasi Pengujian : Muaro Sakai - Kabupaten Pesisir Selatan
Location
Tanggal Pengujian : 30 November 2018
Date
Hasil Pengujian : MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS KEMETROLOGIAN DISAHKAN
Result BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG METROLOGI LEGAL UNTUK TERA ULANG TAHUN 2018

Catatan :

1. Surat Keterangan ini berlaku sampai : **NOVEMBER 2019**
2. Surat Keterangan ini tidak berlaku, Jika :
*Segel Rusak/Putus, adanya perubahan-perubahan atau kerusakan pada alat tersebut,
dan terjadi penyimpangan nilai toleransi yang diizinkan.*

SALIDO, 03 DESEMBER 2018

Pj. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS *ys*
PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI


PREMADI RENDRA, ST
NIP. 19781203 200212 1 003