



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UPT PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI

Jl. Jend. Sudirman – Salido/
e-mail : uptmetrologi.pessel@gmail.com

SERTIFIKAT PENERAAN

Calibration Certificate

Nomor : 516.2/29/DKUP.2/XII/2018

Jenis Alat UTTP : **Timbangan Jembatan Elektronik, 1 unit**
Measuring Instrument
Merek : **AVERY WEIGHT TRONIX**
Trade Mark
Tipe/Model : **E . 1205**
Type/Model
Nomor Serie : **114850124**
Serial Number
Kapasitas : **40.000 kg**
Capacity
Kelas/e : **III / 10 kg**
Class/e
Buatan : **AMERIKA**
Made In
Pemilik : **PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI**
User
Alamat : **Silaut - Kabupaten Pesisir Selatan**
Address
Methode Pengujian : **PERBANDINGAN ANAK TIMBANGAN STANDAR KELAS M2**
Calibration Method
Diuji Oleh : **PREMADI RENDRA, ST**
Calibration By
Lokasi Pengujian : **POM, Silaut - Kabupaten Pesisir Selatan**
Location
Tanggal Pengujian : **30 November 2018**
Date
Hasil Pengujian : **MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS KEMETROLOGIAN DISAHKAN**
Result **BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 1981**
TENTANG METROLOGI LEGAL UNTUK TERA ULANG TAHUN 2018

Catatan :

1. Surat Keterangan ini berlaku sampai : **NOVEMBER 2019**
2. Surat Keterangan ini tidak berlaku, Jika :
Segel Rusak/Putus, adanya perubahan-perubahan atau kerusakan pada alat tersebut,
dan terjadi penyimpangan nilai toleransi yang diizinkan.

SALIDO, 03 DESEMBER 2018

Pj. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS *ys*
PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI



PREMADI RENDRA, ST
NIP. 19781203 200212 1 003