



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
**UPT PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI**

Jl. Jend. Sudirman – Salido/  
e-mail : uptmetrologi.pessel@gmail.com

**SERTIFIKAT PENERAAN**

*Calibration Certificate*

Nomor : 516.2/31/DKUP.2/XII/2018

**Jenis Alat UTTP** : Timbangan Jembatan Elektronik, 1 unit  
*Measuring Instrument*  
**Merek** : AVERY WEIGHT TRONIX  
*Trade Mark*  
**Tipe/Model** : E . 1205  
*Type/Model*  
**Nomor Serie** : 142760237  
*Serial Number*  
**Kapasitas** : 50.000 kg  
*Capacity*  
**Kelas/e** : III / 10 kg  
*Class/e*  
**Buatan** : AMERIKA  
*Made In*  
**Pemilik** : PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI  
*User*  
**Alamat** : Silaut - Kabupaten Pesisir Selatan  
*Address*  
**Methode Pengujian** : PERBANDINGAN ANAK TIMBANGAN STANDAR KELAS M2  
*Calibration Method*  
**Diuji Oleh** : PREMADI RENDRA, ST  
*Calibration By*  
**Lokasi Pengujian** : ESTATE, Silaut - Kabupaten Pesisir Selatan  
*Location*  
**Tanggal Pengujian** : 30 November 2018  
*Date*  
**Hasil Pengujian** : MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS KEMETROLOGIAN DISAHKAN  
*Result* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 1981  
TENTANG METROLOGI LEGAL UNTUK TERA ULANG TAHUN 2018

Catatan :

1. Surat Keterangan ini berlaku sampai : **NOVEMBER 2019**
2. Surat Keterangan ini tidak berlaku, Jika :  
*Segel Rusak/Putus, adanya perubahan-perubahan atau kerusakan pada alat tersebut, dan terjadi penyimpangan nilai toleransi yang diizinkan.*

SALIDO, 03 DESEMBER 2018

Pj. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS *LS*  
PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI



**PREMADI RENDRA, ST**  
NIP. 19781203 200212 1 003