



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UPT PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI

Jl. Jend. Sudirman – Salido/
e-mail : uptdmetrologi.pessel@gmail.com

SERTIFIKAT PENERAAN

Calibration Certificate

Nomor : 516.2/30/DKUP.2/XII/2018

Jenis Alat UTTP : Timbangan Jembatan Elektronik, 1 unit
Measuring Instrument
Merek : AVERY WEIGHT TRONIX
Trade Mark
Tipe/Model : E. 1205
Type/Model
Nomor Serie : 110950284
Serial Number
Kapasitas : 40.000 kg
Capacity
Kelas/e : III / 10 kg
Class/e
Buatan : AMERIKA
Made In
Pemilik : PT. SUMATERAJAYA AGROLESTARI
User
Alamat : Silaut - Kabupaten Pesisir Selatan
Address
Methode Pengujian : PERBANDINGAN ANAK TIMBANGAN STANDAR KELAS M2
Calibration Method
Diuji Oleh : PREMADI RENDRA, ST
Calibration By
Lokasi Pengujian : POM, Silaut - Kabupaten Pesisir Selatan
Location
Tanggal Pengujian : 30 November 2018
Date
Hasil Pengujian : MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS KEMETROLOGIAN DISAHKAN
Result BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG METROLOGI LEGAL UNTUK TERA ULANG TAHUN 2018

Catatan :

1. Surat Keterangan ini berlaku sampai : **NOVEMBER 2019**
2. Surat Keterangan ini tidak berlaku, Jika :
Segel Rusak/Putus, adanya perubahan-perubahan atau kerusakan pada alat tersebut, dan terjadi penyimpangan nilai toleransi yang diizinkan.

SALIDO, 03 DESEMBER 2018

Pj. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI



PREMADI RENDRA, ST
NIP. 19781203 200212 1 003