



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UPT PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI

Jl. Jend. Sudirman – Salido/
e-mail : uptmetrologi.pessel@gmail.com

SERTIFIKAT PENERAAN

Calibration Certificate

Nomor : 516/13/DKUP2-UPT/SP-L/III/2020

Jenis Alat UTTP : TIMBANGAN ELEKTRONIK
Measuring Instrument

Merek : TORA
Trade Mark
Tipe/Model : TR DS11030
Type/Model
Nomor Serie : 110308876
Serial Number
Kapasitas : 30 kg
Capacity
Kelas/e : III / 5 g
Class/e
Buatan : JEPANG
Made In

Pemilik : PT. POS INDONESIA - KPC BALAI SELASA
User

Alamat : KECAMATAN RANAH PESISIR
Address

Methode Pengujian : PERBANDINGAN ANAK TIMBANGAN STANDAR KELAS M2
Calibration Method
Diuji Oleh : PREMADI RENDRA,ST
Calibration By
Lokasi Pengujian : KECAMATAN RANAH PESISIR
Location
Tanggal Pengujian : 24 FEBRUARI 2020
Date

Hasil Pengujian : **MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS KEMETROLOGIAN DISAHKAN**
Result **BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981**
TENTANG METROLOGI LEGAL UNTUK :
TERA ULANG TAHUN 2020

Catatan :

- 1 Sertifikat ini berlaku sampai : **FEBRUARI 2021**
- 2 Sertifikat ini tidak berlaku, jika :
 - a) Tanda Tera /Kawat Segel dalam kondisi Rusak/Putus
 - b) Terjadinya perubahan-perubahan atau kerusakan pada alat
 - c) Terjadi penyimpangan nilai toleransi yang diizinkan

SALIDO, 02 MARET 2020
Pj. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI



PREMADI RENDRA, ST
NIP. 19781203 200212 1 003